













## Comment vérifier si votre appareil dispose du dernier firmware ?

1. Allumez votre Eurolyzer STx, Multilyzer STE ou Multilyzer STx avec la touche «  »
2. Appuyez ensuite la touche pause «  », sélectionnez INFO et vérifiez si la version indiquée sous "SW-VERSION" correspond à la version du micrologiciel indiquée sur [www.euro-index.be/fr/firmware](http://www.euro-index.be/fr/firmware).

Si une version plus récente du firmware est disponible, envoyez un mail à [service@euro-index.be](mailto:service@euro-index.be) pour recevoir la version la plus récente.

## Comment installer le firmware ?

1. Insérez une carte MicroSD vide dans votre ordinateur et créez un dossier 'FIRMWARE' sur celle-ci.
2. Placez le nouveau firmware dans ce dossier.
3. Éteignez votre Eurolyzer STx, Multilyzer STE ou Multilyzer STx avec la touche «  » et insérez la carte MicroSD en haut de l'appareil.
4. Allumez l'instrument avec la touche «  ». ATTENTION ! L'instrument doit être suffisamment chargé.
5. Dès que l'écran devient blanc, appuyez et maintenez la touche pause «  ».
6. ENTER avec «  » pour lancer l'installation du micrologiciel. Après l'installation, votre appareil redémarrera automatiquement avec le nouveau firmware.
7. Retirez la carte MicroSD
8. Allez dans REGLAGES, ENTER avec «  » et réinitialisez les paramètres d'usine.
9. Allez dans LANGUE et sélectionnez la langue souhaitée.
10. ATTENTION ! L'unité de la pression et le CO ne sont plus corrects et doivent être ajustés manuellement. Procédez comme suit :
  - Allez dans le menu ANALYSE DE LA COMBUSTION et ENTER avec «  »
  - Sélectionnez votre combustible et ENTER avec «  »
  - ENTER à nouveau avec «  » pour ouvrir le menu PRINCIPAL
  - Choisissez MESURES -> UNITÉS -> PRESSION -> choisissez Pa et ENTER «  » pour confirmer.
  - Sélectionnez maintenant GAZ DE FUMÉE -> choisissez mg/KWh et appuyez sur ENTER «  » pour confirmer.

Votre appareil est prêt à être utilisé !

Sous réserve de modifications EURO-INDEX FR22001



BELGIQUE  
Chaussée de Louvain 607  
1930 Zaventem  
T: 02 - 757 92 44  
F: 02 - 757 92 64  
[sales@euro-index.be](mailto:sales@euro-index.be)  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)

PAYS-BAS  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 - (0)10 - 2 888 000  
F: +31 - (0)10 - 2 888 010  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)

